



HANKINTAPÄÄTÖS / HANKINTAOIKAISU

YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINTA (Helsinki-Espoon, Oulun ja Turun yksiköt)

Hankintailmoitus

YTHS julkaisi hankintapyynnön hilma.fi ja yths.fi-sivustoilla 10.3.2015.

Tarjouskuorten avaus

Tarjouskuoret avattiin perjantaina 27.3.2015 klo 13.00 -13.10 . Paikalla olivat johtaja-hammaslääkäri Anne Komulainen, talousjohtaja Olli-Pekka Luukko ja hallintoassistentti Marjatta Baarman.

Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta. Tarjouksen antoivat Dental-Systems Oy, Hammasväline Oy ja Plandent Oy.

Hankintapäätös 21.4.2015

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

x = vaatimus täyttyy, - = vaatimus ei täyty, o = vaatimuksen täyttyminen ei selvillä

Vaatus	Dental-Systems Oy	Hammasväline Oy	Plandent Oy
Ennakkoperintärekisteri	x	x	x
Kaupparekisteri	x	x	x
Verotodistus	x	x	x
Vakuutusmaksutodistus	x	x	x
Esitteet ja tekniset tiedot	x	x	x
Todistukset alle 3 kk	x	x	x

Kaikki tarjoajat ovat kelpollisia antamaan tarjouksen.

Hankintapäätöksessä 21.4.2015 todettiin, että Dental Systems Oy:n laitteet eivät täytä asetettuja vaatimuksia käsinojattomuudesta/käsinojien poistettavuudesta, joten Dental Systems Oy:n tarjousta ei oteta mukaan tarjousten vertailuun.

Hallituksen kokouksessa 21.4.2015 tehtiin hankintapäätös, jossa hoitokoneiden laitetoimittajaksi valittiin Hammasväline Oy. Tarjouksessaan Hammasväline Oy mainitsi tarjouksensa ja tarjottujen laitteiden vastaavan tarjouspyyntöä.

Hankintaoikaisupyyntö 4.5.2015

Plandent Oy teki hankintaoikaisupyyntöä 4.5.2015 ja toimitti tarkennetun kirjallisen vaatimuksen 11.5.2015. Oikaisuvaatimus kohdistui kahteen tarjouspyynnössä esitettyyn ehdottomaan vaatimukseen (1-2) ja yhteen vertailussa käytettyyn pisteytettävään ominaisuuteen (3):

- Jalkatukiosa liikkuva, säädettävissä 90 asteen kulmaan (1), Helsinkiin ja Ouluun tarjotut koneet
- Imulaitteistossa automaattinen desinfiointijärjestelmä (2), Turkuun tarjottu kone
- Instrumenttisiltan kiinnitettyjen doriovarsien ja laitteiden tulee olla helposti irrotettavissa ilman työkaluja (3), Helsinkiin, Turkuun ja Ouluun tarjotut koneet

Hammasväline Oy:ltä 11.5. ja 13.5.2015 saaduissa vastineissa todetaan, että Turkuun tarjotun hoitokoneen jalkatukiosa on hieman alle 90 asteen kulmaan taittuva ja siihen on asennettavissa puoliautomaattinen imusysteemin desinfiointijärjestelmä.



HANKINTAPÄÄTÖS / HANKINTAOIKAISU

Hammasväline Oy:n vastineen ja YTHS:n omien selvitysten pohjalta todettiin Plandent Oy:n oikaisuvaatimus aiheelliseksi 90 asteen kulmaan taittuvan jalkatukiosan sekä ilman työkaluja irrotettavien doriovarsien osalta.

Hammasväline Oy:n tarjous ei täytä tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia, joten sen tarjousta ei oteta mukaan tarjousten vertailuun.

Plandent Oy:n tarjous täyttää asetetut vaatimukset.

	Tarjouspyynnön mukaisuus	Plandent Oy
1	Tarjouksen kokonaishinta (alv 0 %)	144.799,00*
2	Hinnan voimassaolo 31.12.2015 asti	x
3	Maksuaika väh. 30 pv	x
4	Viivästyskorko enintään lain mukainen	x
5	Tarjouspyynnössä mainitut toimitusajat	x
6	Toimitusehdot tarjouspyynnön mukaiset	x
7	Tarjouksen voimassaolo väh. 31.12.2015 asti	x
8	Instrumenttisillan doriovarret irrotettavissa ilman työkaluja	x
9	Huollon apu saatavissa viimeistään vrk:n (24 h) sisällä tilauksesta äkillisissä laitteiden toimintahäiriöissä	x
10	Yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan testiryhmän tutustuminen koneisiin (yhteystiedot)	x
11	Takuuaika hoitokoneille (kk)	36

*Hinta laskettu tarjouspyynnön mukaisesti kolmelle Oulun koneelle, tarkennus 1.4.2015
Plandent Oy / Markku Nappari

Tarjousten vertailu

Koska tarjouspyyntöön saatiin vain yksi vaatimukset täyttävä tarjous, tarjousten vertailua ei tehdä.

Hankintapäätös

YTHS purkaa 21.4.2015 tehdyn hankintapäätöksen, jonka mukaan hankinta tehdään Hammasväline Oy:ltä.

Päätetään hankkia suunterveyden hoitokoneet Plandent Oy:ltä.

Helsingissä 19.5.2015

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö


Katariina Poskiparta
toimitusjohtaja


Olli-Pekka Luukko
talousjohtaja

LIITE

Oikaisuohje ja valitusosoitus