



28.4.2015

YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITE TURUN SUUNTERVEYTEEN

Hankintailmoitus

YTHS julkaisi hankintailmoituksen www.hankintailmoitukset.fi-sivustolla 9.3.2015.
Hankintailmoitus on julkaistu myös tilaajan kotisivuilla <http://www.yths.fi/yths/julkiset> hankinnat.

Tarjouskuorten avaus

Tarjouskuoret avattiin keskiviikkona 1.4.2015 klo 9.00 - 9.10. Paikalla olivat johtajahammaslääkäri Anne Komulainen ja hallintoassistentti Marjatta Baarman.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät Hammasväline Oy, JH Hammastuote Oy ja Plandent Oy.

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

x = vaatimus täyttyy, - = vaatimus ei täyty

| Vaatus | Hammasväline Oy | JH Hammastuote Oy | Plandent Oy |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Ennakkoperintärekisteri | x | x | x |
| Kaupparekisteri | x | x | x |
| Verotodistus. | x | x | x |
| Vakuutusmaksutodistus | x | x | x |
| Todistukset alle 3 kk | x | x | x |

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset täyttivät laitteelle asetetut vaatimukset.

| | Tarjouspyynnön mukaisuus | Hammasväline Oy | JH Hammastuote Oy | Plandent Oy |
|----|---|-----------------|-------------------|-------------|
| 1 | Tarjous on voimassa 31.12.2015 asti | x | x | x |
| 2 | Tarjouksen kokonaishinta (alv 0 %) | 41 600,00 | 18 000,00 | 29 000,00 |
| 3 | Tarjoukseen sisältyy huoltopalvelu, jonka saatavuus on tarjouksessa kuvattu | x | x | x |
| 4 | Takuuhuollot sisältyvät ----- vuodeksi | 5 v | 5 v | 5 v |
| 5 | Toimitusaika tilauksesta ----- päivää | 30 pv | 30 pv | 30 pv |
| 6 | Tarjoukseen sisältyy laitteiston esitteet ja tekniset tiedot | x | x | x |
| 7 | Laitteilla on huoltopiste Suomessa | x | x | x |
| 8 | Takuuaika laitteilla on vähintään 12 kk | x | x | x |
| 9 | Toimitusehdot ovat tarjouspyynnön mukaiset | x | x | x |
| 10 | Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen | x | x | x |
| 11 | Maksuaika on vähintään 30 pv | x | x | x |
| 12 | Laitteistojen tulee soveltua nuorten sekä aikuisten panoraamatografia sekä leukanivelkuvauksiin | x | x | x |
| 13 | Suoradigitaalilaite | x | x | x |
| 14 | Sisältävät kuvaustoiminnan ja diagnostiikan mahdollistavat ohjelmistot. | x | x | x |



28.4.2015

| | | | | |
|----|--|---|------------------------------|---|
| 15 | Panoraamatomografialaite integroituu YTHS:ssä käytössä oleviin Digora for Windows- ja Agfa Impax-järjestelmiin. | X | X | X |
| 16 | Windows 7 yhteensopiva | X | X | X |
| 17 | Laitteistojen tulee täyttää terveydenhuollon tarvikkeita ja laitteita koskevan lainsäädännön vaatimukset | X | X | X |
| 18 | Leukanivellen lateraali- ja PA-projektiot | X | X | X |
| 19 | Kuvausarvojen (mA ja kV) manuaalinen asettaminen mahdollista | X | X | X |
| 20 | Selkeä, opastava ohjauspaneeli | X | X käyttö tietokoneelta | X |
| 21 | Muotoilu mahdollistaa korkeatasoisen aseptiikan | X | X | X |
| 22 | Mahdollistavat ns. osapanoraamakuvat | X | X | X |
| 23 | Laitteiston mukana toimitetaan laadunvarmistus-ohjeet ja laadunvarmistuksessa tarvittavat testi- ja välikappaleet. | X | X | X |
| 24 | Töölön kuvantamisyksikön henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua laitteistojen käytettävyyteen ja kuvaustekniikkaan käytännössä ennen hankintapäätöstä. | X | X | X |
| 25 | Laitteistoa koskevat tuotekuvastot ja tekniset tiedot on sisällytetty tarjoukseen. | X | X | X |
| 26 | Huoltotoimista saa ymmärrettävän kirjallisen ja suomenkielisen huoltoraportin. | X | X | X |
| 27 | Tarjous sisältää laitteiden ja ohjelmistojen käyttökoulutuksen ja siitä selviää miten huolto on järjestetty. | X | X | X |
| 28 | Asennus käsittää toimitukseen kuuluvien laitteistojen toimintakuntoon saattamisen. | X | X | X |
| 29 | Tavarankuljetusvakuutuksesta vastaa ja sen maksaa toimittaja. | X | X | X |

Pisteiden määräytyminen ja tarjousten vertailu

| Hankinnan pisteytys | Hammasväline Oy | JH Hammastuote Oy | Plandent Oy |
|---|-----------------|-------------------|--------------|
| Hinta euroa (arvonlisäveroton) | 41 600,00 | 18 000,00 | 29 000,00 |
| Hinta, pisteet (max 80 pistettä); 80 % . Halvin hinta saa 80 pistettä, muut suhteessa vähemmän. | 35 | 80 | 50 |
| Huollon helppous ja toimintahäiriöiden minimointi, pisteet (max 20 pistettä); 20 % Äkillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa saadaan huollon apu viim. vrk:n sisällä (24 h) tilauksesta = 10 pistettä. Äkillisten toimintahäiriöiden sattuessa huollon vasteaika yli 24 h tilauksesta = 0 pistettä. Toimitukseen sisältyy maksuton viiden (5) vuoden ajaksi vuosihuolto, jossa testataan laitteiston toiminta ja tehdään sen sädetuottomittaukset = 10 pistettä. Toimitukseen sisältyy maksuton kolmen (3) vuoden ajaksi vuosihuolto, jossa testataan laitteiston toiminta ja tehdään sen sädetuottomittaukset = 6 pistettä Toimitukseen ei kuulu laitteen testausta ja sädetuottomittauksia sisältävää vuosihuoltoa = 0 pistettä | 10 10 | 10 10 | 10 10 |
| Pisteet yhteensä (max 100 pistettä); 100 % | 55 | 100 | 70 |



28.4.2015

Hankintapäätös

Päätetään hankkia panoraamatomografialaite JH Hammastuote Oy:stä.

Helsingissä 28.4.2015

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sami Raasakka
ma. johtajaylilääkäri

Liite

1. Valitusosoitus ja oikaisuohje