



16.10.2015

YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITE TURUN SUUNTERVEYTEEN

Hankintapäätös 28.4.2015

YTHS teki hankintapäätöksen 28.4.2015, jolla hankinta päätettiin tehdä JH Hammastuote Oy:stä. Laitteen asennuksen jälkeen kävi ilmeiseksi, että laite ei ollut integroitavissa YTHS:ssä käytössä olevaan Digora for Windows -järjestelmään. Osapuolet totesivat yhteisesti, että hankinta puretaan.

Tällä hankintapäätöksellä YTHS oikaisee 28.4.2015 tehdyn hankintapäätöksen.

Hankintailmoitus

YTHS julkaisi hankintailmoituksen www.hankintailmoitukset.fi-sivustolla 9.3.2015. Hankintailmoitus on julkaistu myös tilaajan kotisivuilla http://www.yths.fi/yths/julkiset_hankinnat.

Tarjouskuorten avaus

Tarjouskuoret avattiin keskiviikkona 1.4.2015 klo 9.00 - 9.10. Paikalla olivat johtajahammaslääkäri Anne Komulainen ja hallintoassistentti Marjatta Baarman.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Tarjouksen jättivät Hammasväline Oy, JH Hammastuote Oy ja Plandent Oy.

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

x = vaatimus täyttyy, - = vaatimus ei täyty

Vaatus	Hammasväline Oy	JH Hammastuote Oy	Plandent Oy
Ennakkoperintärekisteri	x	x	x
Kaupparekisteri	x	x	x
Verotodistus.	x	x	x
Vakuutusmaksutodistus	x	x	x
Todistukset alle 3 kk	x	x	x

Tarjosten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

JH Hammastuotteen tarjoaman ratkaisun on todettu olevan tarjouspyynnön vastainen, sillä laite ei ole integroitavissa YTHS:ssä käytössä olevaan Digora for Windows -järjestelmään. JH Hammastuotteen tarjoustusta ei oteta mukaan tarjosten vertailuun.

	Tarjouspyynnön mukaisuus	Hammasväline Oy	JH Hammastuote Oy	Plandent Oy
1	Tarjous on voimassa 31.12.2015 asti	x	x	x
2	Tarjouksen kokonaishinta (alv 0 %)	41 600,00	18 000,00	29 000,00
3	Tarjoukseen sisältyy huoltopalvelu, jonka saatavuus on tarjouksessa kuvattu	x	x	x
4	Takuuhuollot sisältyvät ----- vuodeksi	5 v	5 v	5 v
5	Toimitusaika tilauksesta ----- päivää	30 pv	30 pv	30 pv
6	Tarjoukseen sisältyy laitteiston esitteet ja tekniset tiedot	x	x	x
7	Laitteilla on huoltopiste Suomessa	x	x	x
8	Takuuaika laitteilla on vähintään 12 kk	x	x	x



16.10.2015

9	Toimitusehdot ovat tarjouspyynnön mukaiset	x	x	x
10	Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen	x	x	x
11	Maksuaika on vähintään 30 pv	x	x	x
12	Laitteistojen tulee soveltua nuorten sekä aikuisten panoraamatografia sekä leukanivelkuvauksiin	x	x	x
13	Suoradigitaalilaite	x	x	x
14	Sisältävät kuvaustoiminnan ja diagnostikan mahdollistavat ohjelmistot.	x	x	x
15	Panoraamatografialaite integroituu YTHS:ssä käytössä oleviin Digora for Windows- ja Agfa Impax-järjestelmiin.	x	ei	x
16	Windows 7 yhteensopiva	x	x	x
17	Laitteistojen tulee täyttää terveydenhuollon tarvikkeita ja laitteita koskevan lainsäädännön vaatimukset	x	x	x
18	Leukanivelten lateraali- ja PA-projektiot	x	x	x
19	Kuvausarvojen (mA ja kV) manuaalinen asettaminen mahdollista	x	x	x
20	Selkeä, opastava ohjauspaneeli	x	x käyttö tietokoneelta	x
21	Muotoilu mahdollistaa korkeatasoisen aseptiikan	x	x	x
22	Mahdollistavat ns. osapanoraamakuvat	x	x	x
23	Laitteiston mukana toimitetaan laadunvarmistus-ohjeet ja laadunvarmistuksessa tarvittavat testi- ja välikappaleet.	x	x	x
24	Töölön kuvantamisyksikön henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua laitteistojen käytettävyyteen ja kuvaustekniikkaan käytännössä ennen hankintapäätöstä.	x	x	x
25	Laitteistoa koskevat tuotekuvastot ja tekniset tiedot on sisällytetty tarjoukseen.	x	x	x
26	Huoltotoimista saa ymmärrettävän kirjallisen ja suomenkielisen huolto raportin.	x	x	x
27	Tarjous sisältää laitteiden ja ohjelmistojen käyttökoulutuksen ja siitä selviää miten huolto on järjestetty.	x	x	x
28	Asennus käsittää toimitukseen kuuluvien laitteistojen toimintakuntoon saattamisen.	x	x	x
29	Tavarankuljetusvakuutuksesta vastaa ja sen maksaa toimittaja.	x	x	x



16.10.2015

Pisteiden määräytyminen ja tarjousten vertailu

Hankinnan pisteytys	Hammasväline Oy	Plandent Oy
Hinta euroa (arvonlisäveroton)	41 600,00	29 000,00
Hinta, pisteet (max 80 pistettä); 80 % . Halvin hinta saa 80 pistettä, muut suhteessa vähemmän.	56	80
Huollon helppous ja toimintahäiriöiden minimointi, pisteet (max 20 pistettä); 20 % Äkillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa saadaan huollon apu viim. vrk:n sisällä (24 h) tilauksesta = 10 pistettä. Äkillisten toimintahäiriöiden sattuessa huollon vasteaika yli 24 h tilauksesta = 0 pistettä. Toimitukseen sisältyy maksuton viiden (5) vuoden ajaksi vuosihuolto, jossa testataan laitteiston toiminta ja tehdään sen sädetuottomittaukset = 10 pistettä. Toimitukseen sisältyy maksuton kolmen (3) vuoden ajaksi vuosihuolto, jossa testataan laitteiston toiminta ja tehdään sen sädetuottomittaukset = 6 pistettä Toimitukseen ei kuulu laitteen testausta ja sädetuottomittauksia sisältävää vuosihuoltoa = 0 pistettä	10 10	10 10
Pisteet yhteensä (max 100 pistettä); 100 %	76	100

Hankintapäätös

Päätetään hankkia panoraamatomografialaite Plandent Oy:stä.

Helsingissä 16.10.2015

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö


Mikko Murtonen
johtajaylilääkäri

Liite

Valitusosoitus ja oikaisuohje