

Tarjouspyyntö: Suun terveydenhuollon hoitokonehankinta

25.2.2016

1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT	
Tarjoajan nimi	
Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava)	
Yrityksen edustajan nimi	
Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite	
Yrityksen sähköpostiosoite, johon hankintapäätös voidaan antaa tiedoksi	

2. TARJOAJAN SOVELTUVUUS	
VAATIMUKSET	TARJOAJAN VASTAUKSET
<p>Ohje: Tässä sarakkeessa on ilmoitettu tilaajan antamat tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset. Mikäli tässä sarakkeessa lukee "SELVITYKSET LIITTEEKSI", tulee pyydetty selvitys liittää tarjoukseen. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.</p>	<p>Ohje: Tähän pyydetään kirjoittamaan VASTAUKSET sekä ilmoittamaan pyydetty tietojen oikeellisuuden osoittavat LIITTEET liitenumeroineen. Jos soluun ei vastaa kyllä, tulee suljetuksi ulos tarjouskilpailusta.</p> <p>Tämä koskee kaikkia tarjoajan soveltuvuutta koskevia kohtia!</p>
<p>Tarjoaja sitoutuu toimittamaan pyydetessä viipymättä kaikki selvitykset ja todistukset (liitteet), joita tässä asiakirjassa vaaditaan toimitettavaksi pyynnöstä. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan kaikki asiakirjat suomenkielisinä tai vieraskieliset asiakirjat yhdessä virallisen suomenkielisen käännöksen kanssa.</p>	<p><input type="checkbox"/> Kyllä</p> <p><input type="checkbox"/> Ei</p>

2.1 REKISTERITIEDOT JA TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOITTEET

Ohje: Tarjoajan ja sen kaikkien ilmoitettujen alihankkijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset. Jos tarjoaja on ryhmittymä, tulee ryhmittymän jokaisen jäsenen täyttää vaatimukset. Jos yksikin ryhmittymän jäsen ei täytä vaatimusta, tulee tarjoajan vastata ”ei”, mikä johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

2.1.1 REKISTERIT

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu toimittamaan hankintayksikön pyynnöstä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista.

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:

- Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote.
- Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.

Hankintayksikkö voi tarkistaa yrityksen rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteriotteen merkinnät.

- Mikäli tarjoajalla on tarjoukseensa liittyvää toimintaa Suomen ulkopuolella, tarjoaja toimittaa pyydettyessä tähän toimintaan liittyvät suomalaisia vaatimuksia vastaavat todisteet ulkomaisista rekisterimerkinnöistä tai vieraskielisistä selvityksistä kustannuksellaan virallisella kielenkääntäjällä suomeksi käännettyinä.

Tarjoaja täyttää vaatimukset

Kyllä

Ei

2.1.2 TYÖEHTOSOPIMUS TAI KESKEISET TYÖEHDOT

Jos tarjoajalla on työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa, on tarjouksessa sitouduttava toimittamaan selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, ja näiden ehtojen on täytettävä lainsäädännön vaatimukset. Jos tarjoajalla ei ole työehtosopimusta käytössä, on sen annettava pyynnöstä selvitys keskeisistä työehdoista, sisältäen vähintään seuraavat tiedot:

- palkanmaksukausi
- säännöllinen työaika
- vuosiloman määräytyminen
- työntekijöiden palkan määräytymisperusteet yleisellä tasolla

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:

- Selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista koskien tarjoajaa ja sen palvelun tuottamiseen käyttämiä alihankkijoita.
- Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Vaatusimus täyttyy:

Kyllä

Ei

(Huom. tämä vaatimus perustuu tilaajavastuulakiin, ja vaatimuksen täyttymistä arvioidaan tilaajavastuulain näkökulmasta.)

2.2 TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE

Ohje: Tarjoajan ja sen kaikkien ilmoitettujen alihankkijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset.

2.2.1 VEROT JA MAKSUT

Tarjoaja suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa ja velvoitteensa.

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:

- Todistus verojen maksamisesta sekä
- Todistus lakisääteisten eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

Tarjoaja täyttää vaatimuksen

Kyllä

Ei

3. Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset

Tarjoajan tulee merkitä ao. taulukkoon "Huomioitu" sarakkeeseen X, mikäli vaatimus täyttyy ja se on huomioitu ja sisältyy tarjoukseen.

Mikäli taulukon Lisäselvitys-sarakkeessa pyydetään erikseen selvitystä, on tarjoajan annettava tarjouksessaan asiaa koskeva lisäselvitys ja merkittävä taulukon Lisäselvitys-sarakkeeseen viittaus (esimerkiksi sivunumero tai tarjouksen liitteen numero ja sivunumero), jonka avulla kyseinen lisäselvitys on helppo löytää ja tunnistaa juuri kyseiseen tarjouslomakkeen kohtaan vastaavaksi.

Mikäli tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset eivät täyty, taulukko on puutteellisesti täytetty, tai lisäselvitykset puuttuvat tai eivät ole riittäviä, voidaan tarjous hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

3.1 Tarjousta koskevia yleisiä vaatimuksia

Vaatimus nro	Vaatimus	Huomioitu	Lisäselvitys
1.	Tarjous liitteineen on suomenkielinen.	<input type="checkbox"/>	
2.	Tarjouksen mukana tulee toimittaa tuotekuvastot ja tekniset tiedot, joihin tarjouksessa viitataan.	<input type="checkbox"/>	Edellytetään liite / liitteitä

3.2 Laitevaatimukset - hoitokone

Vaatimus nro	Vaatimus	Huomioitu	Lisäselvitys
3.	Tarjotin/instrumenttipöydät sekä iso että pieni unitin alle, Ouluun tarjotin-mahdollisuus klo 12:een	<input type="checkbox"/>	
4.	1xLED valoturbiinivalmius takaisineistolla, 1xmultiflexliitin ja käsikappale	<input type="checkbox"/>	
5.	1xLEDvalomikromoottorivalmius ja kulmakappale sininen/punainen/vihreä yksikön valinnan mukaan	<input type="checkbox"/>	
6.	1xvalosondi	<input type="checkbox"/>	
7.	1xvalokovettaja, erillinen tai koneeseen liitettävä yksikön valinnan mukaan	<input type="checkbox"/>	
8.	Monitoimiruisku Luzzani tai toiminnaltaan/ominaisuuksiltaan vähint. vastaava laite, jossa vaihdettava suojakappale	<input type="checkbox"/>	
9.	Monitoimiruiskua kohti 5 kpl metallista suojavaippaa ja 5 kpl kärkiä ja kartioita	<input type="checkbox"/>	
10.	Poraliitäntä steriilivesijärjestelmän käyttöön sekä irrotettava steriilivesipussiteline, joka sijoitettavissa vasemmalle tai oikealle Turun toiseen koneeseen	<input type="checkbox"/>	

11.	Pyörivien instrumenttien huuhteluvalmius	<input type="checkbox"/>	
12.	Vesilinjojen puhdistusjärjestelmä	<input type="checkbox"/>	
3.3 Laitevaatimukset - imulaitteisto			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
13.	Märkäimu Helsinki-Espoon ja Oulun hoitokoneisiin ja kuivaimu Turun koneisiin	<input type="checkbox"/>	
14.	Imulaiteasennus klo 12:een Helsinki-Espooseen ja Ouluun, imulaitteisto hoitokoneisiin Turussa	<input type="checkbox"/>	
15.	Imusarjat kahdella päätteellä: tehoimu ja syljenimu	<input type="checkbox"/>	
16.	Imupäätteissä erilliset sulkuventtiilit siten, että imupäätte voidaan sulkea ilman telineeseen laitamista	<input type="checkbox"/>	
17.	Kevyet imupäätteet	<input type="checkbox"/>	
18.	Imupäätelineen muotoilussa otettu huomioon käytön vaivattomuus niin, että imupäätte voidaan vaivatta asettaa telineeseen eikä se pääse helposti putoamaan siitä	<input type="checkbox"/>	
19.	Imulaitteistossa automaattinen desinfiointijärjestelmä	<input type="checkbox"/>	
20.	Imulaitteistossa säädettävä teleskooppivarsi	<input type="checkbox"/>	
21.	Kuivaimujärjestelmään imujärjestelmän mukaiset amalgaamierottimet	<input type="checkbox"/>	
3.4 Laitevaatimukset - potilastuoli			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
22.	Sivustanostettava hoitotuoli	<input type="checkbox"/>	Edellytetään liite
23.	Ohut tavanomainen tai geelipehmusteinen selkänoja	<input type="checkbox"/>	
24.	Ergonominen muotoilu siten, että työpari pääsee vaivatta lähestymään potilasta kummaltakin puolelta	<input type="checkbox"/>	
25.	Käsinojaton tai käsinojat poistettavissa	<input type="checkbox"/>	
26.	Päätuki säädettävissä	<input type="checkbox"/>	
27.	Jalkatukiosa liikkuva, säädettävissä mahdollisimman lähelle 90 asteen kulmaa	<input type="checkbox"/>	
28.	Värivalikoimassa valinnan varaa	<input type="checkbox"/>	Edellytetään liite

3.5 Laitevaatimukset – jalkakytkin			
29.	Paikallaan pysyvä	<input type="checkbox"/>	
30.	Koneesta irrotettavissa ja helposti siirreltävässä	<input type="checkbox"/>	
3.6 Laitevaatimukset – LED potilasvalaisin			
31.	Iso valokeila	<input type="checkbox"/>	
32.	Pitkä varsisto	<input type="checkbox"/>	
33.	Helposti liikuteltava, kevyt	<input type="checkbox"/>	
34.	Valotehon säätömahdollisuus, myös himmennys onnistuvat tuolin molemmilta puolilta	<input type="checkbox"/>	
35.	Käytettävissä molemmilta puolilta tuolia esim. kahvat molemmilla puolilla	<input type="checkbox"/>	
36.	Irrotettavat kahvasuojukset	<input type="checkbox"/>	
3.5 Vanhojen koneiden poistamisen vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
37.	Uusien koneiden toimittaja irrottaa ja toimittaa vanhat laitteet pois.	<input type="checkbox"/>	
3.6 Laiteasennusten vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
38.	Laitteistojen asennuksen tulee sisältää laiteasennus toimintavalmiuteen ilman LVIS-rakennusteknisiä töitä pyrkien hyödyntämään nykyisiä vesi- ja viemäri-liitäntöjä sekä pakkausmateriaalien ja vanhojen koneiden poiskuljetus.	<input type="checkbox"/>	
3.7 Tavarankuljetusten vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
39.	Rahtikulut sisältyvät hintaan	<input type="checkbox"/>	
40.	Tavarankuljetusvakuutuksesta vastaa ja sen maksaa toimittaja	<input type="checkbox"/>	
3.8 Takuun ja huollon vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys

41.	Laitteilta edellytetään vähintään 12 kuukauden takuu-aikaa	<input type="checkbox"/>	
42.	Toimitukseen tulee sisältyä yksi määräaikaishuolto-veloituksetta (ensimmäinen vuosihuolto)	<input type="checkbox"/>	
43.	Laitteiden huolto toimii hankinta-kohteena olevilla paikkakunnilla	<input type="checkbox"/>	
3.9 Lainmukaisuuden ja ohjeistuksen vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
44.	Laitteistojen mukana tulee toimittaa suomenkieliset käyttöohjeet.	<input type="checkbox"/>	
45.	Laitteen tulee täyttää terveydenhuollon tarvikkeita ja laitteita koskevan lainsäädännön vaatimukset	<input type="checkbox"/>	
3.10 Sopimusehdot			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
46.	Tarjoajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman YTHS:n lupaa.	<input type="checkbox"/>	
47.	Tarjoaja hyväksyy Julkiset hankintaehdot (JYSE 2014 Palvelut ja JYSE 2015 Tavarat) sopimuksen pohjaksi niiltä osin, kuin tarjouspyynnöstä ei muuta johdu.	<input type="checkbox"/>	
48.	Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on saanut tietoonsa laskun perusteet.	<input type="checkbox"/>	
49.	Maksuehto 30 päivää hyväksytystä toimituksesta.	<input type="checkbox"/>	
50.	Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelylisiä/-maksuja yms. ei hyväksytä.	<input type="checkbox"/>	
51.	Hinta sisältää kaikki vaatimusten toteuttamisesta tarjoajalle syntyvät kustannukset.	<input type="checkbox"/>	
52.	Jos toimitus viivästyy sovitusta toimituspäivästä, vähennetään laskun loppusummasta 1 % kultakin alkavalta seitsemältä (7) viivästyspäivältä.	<input type="checkbox"/>	

4. Tarjousten vertailu

OHJEET	TARJOAJAN VASTAUKSET
Tarjousvertailun perusteella valitaan soveltuvuusehdot täyttäneiden tarjoajien tarjouspyynnön mukaisista kokonaistaloudellisista tarjouksista. Valintaperusteet:	
<p>Hinta (=60 pistettä); 60 %</p> <ul style="list-style-type: none">– Edullisimman kokonaisuuden kokonaishinta, johon sisältyvät kaikki tarjouspyynnön vaatimukset = 60 pistettä.– Muut suhteessa vähemmän, kaava edullisin hinta / tarjoushinta x 60	Kirjoita tähän ruutuun hinta (alv 0%)
<p>Toimintahäiriöiden minimointi: huollon vasteaika (=10 pistettä); 10 %</p> <ul style="list-style-type: none">– Äkillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa saadaan huollon apu viimeistään vuorokauden (ma-pe) sisällä (24 h) tilauksesta = 10 pistettä– Äkillisten toimintahäiriöiden sattuessa huollon vasteaika (ma-pe) yli 24 h tilauksesta = 0 pistettä	Kirjoita tähän ruutuun huollon vasteaika
<p>Toimintahäiriöiden minimointi: doriovarsien irrotus (=10 pistettä); 10 %</p> <ul style="list-style-type: none">– Instrumenttisiltaan kiinnitettyjen doriovarret ja laitteet ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja = 10 pistettä– Instrumenttisiltaan kiinnitettyjen doriovarret ja laitteet eivät ole helposti irrotettavissa ilman työkaluja = 0 pistettä	Kirjoita tähän ruutuun Kyllä tai Ei
<p>Takuu (=10 pistettä); 10 %</p> <ul style="list-style-type: none">– Rajoittamaton perustakuu-aika 24 kk tai enemmän hoitokoneiden valmistus- ja materiaalivirheiden sekä toimittajan asennusvirheiden osalta, korkein takuu-aika = 10 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän	Kirjoita tähän ruutuun takuu-aika

<p>Käyttäjystävällisyys ja ergonomisuus (=10 pistettä); 10 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monipuolisimmat ja helppokäyttöisimmät säädöt hoitotuolille mm. niskatuen säätö, automaattiset tuoliasetukset vähintään kolmelle eri henkilölle = 5 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän - Kevein ja vaivattomin instrumenttisillan liikuttelu = 5 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän 	<p>Pisteet testiryhmän koneisiin tutustumisen pohjalta (YTHS täyttää)</p>
---	---

5. VOIMASSAOLOAIKA, EHTOJEN HYVÄKSYMINEN, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS	
<p>Tarjous on voimassa 31.8.2016 asti</p>	<p><input type="checkbox"/> Kyllä</p> <p><input type="checkbox"/> Ei</p>
<p>Tarjoaja hyväksyy hankintamenettelyä koskevat ehdot.</p>	<p>Ohje: Tarjoajan hyväksyttävä ehdot</p> <p><input type="checkbox"/> Kyllä</p> <p><input type="checkbox"/> Ei</p>
<p>_____ . _____ kuuta 2016</p> <p>Paikka ja päivämäärä</p> <p>_____</p> <p>Allekirjoitus, nimenselvennys ja asema yrityksessä</p>	