

Tarjouspyyntö: Tampereen autoklaavihankinta

25.2.2016

1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT	
Tarjoajan nimi	
Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava)	
Yrityksen edustajan nimi	
Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite	
Yrityksen sähköpostiosoite, johon hankintapäätös voidaan antaa tiedoksi	

2. TARJOAJAN SOVELTUVUUS	
VAATIMUKSET	TARJOAJAN VASTAUKSET
<p>Ohje: Tässä sarakkeessa on ilmoitettu tilaajan antamat tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset. Mikäli tässä sarakkeessa lukee "SELVITYKSET LIITTEEKSI", tulee pyydetty selvitys liittää tarjoukseen. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.</p>	<p>Ohje: Tähän pyydetään kirjoittamaan VASTAUKSET sekä ilmoittamaan pyydetty tietojen oikeellisuuden osoittavat LIITTEET liitenumeroineen. Jos soluun ei vastaa kyllä, tulee suljetuksi ulos tarjouskilpailusta.</p> <p>Tämä koskee kaikkia tarjoajan soveltuvuutta koskevia kohtia!</p>
<p>Tarjoaja sitoutuu toimittamaan pyydettyä viipymättä kaikki selvitykset ja todistukset (liitteet), joita tässä asiakirjassa vaaditaan toimitettavaksi pyynnöstä. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan kaikki asiakirjat suomenkielisinä tai vieraskieliset asiakirjat yhdessä virallisen suomenkielisen käännöksen kanssa.</p>	<p><input type="checkbox"/> Kyllä</p> <p><input type="checkbox"/> Ei</p>

2.1 REKISTERITIEDOT JA TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOITTEET

Ohje: Tarjoajan ja sen kaikkien ilmoitettujen alihankkijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset. Jos tarjoaja on ryhmittymä, tulee ryhmittymän jokaisen jäsenen täyttää vaatimukset. Jos yksikin ryhmittymän jäsen ei täytä vaatimusta, tulee tarjoajan vastata ”ei”, mikä johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

2.1.1 REKISTERIT

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu toimittamaan hankintayksikön pyynnöstä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista.

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:

- Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote.
- Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.

Hankintayksikkö voi tarkistaa yrityksen rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteriotteen merkinnät.

- Mikäli tarjoajalla on tarjoukseensa liittyvää toimintaa Suomen ulkopuolella, tarjoaja toimittaa pyydetessä tähän toimintaan liittyvät suomalaisia vaatimuksia vastaavat todisteet ulkomaisista rekisterimerkinnöistä tai vieraskielisistä selvityksistä kustannuksellaan virallisella kielenkääntäjällä suomeksi käännettyinä.

Tarjoaja täyttää vaatimukset

Kyllä

Ei

2.1.2 TYÖEHTOSOPIMUS TAI KESKEISET TYÖEHDOT

Jos tarjoajalla on työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa, on tarjouksessa sitouduttava toimittamaan selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, ja näiden ehtojen on täytettävä lainsäädännön vaatimukset. Jos tarjoajalla ei ole työehtosopimusta käytössä, on sen annettava pyynnöstä selvitys keskeisistä työehdoista, sisältäen vähintään seuraavat tiedot:

- palkanmaksukausi
- säännöllinen työaika
- vuosiloman määräytyminen
- työntekijöiden palkan määräytymisperusteet yleisellä tasolla

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:

- Selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista koskien tarjoajaa ja sen palvelun tuottamiseen käyttämiä alihankkijoita.
- Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Vaatusimus täyttyy:

Kyllä

Ei

(Huom. tämä vaatimus perustuu tilaajavastuulakiin, ja vaatimuksen täyttymistä arvioidaan tilaajavastuulain näkökulmasta.)

2.2 TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE

Ohje: Tarjoajan ja sen kaikkien ilmoitettujen alihankkijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset.

2.2.1 VEROT JA MAKSUT

Tarjoaja suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa ja veloitteensa.

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:

- Todistus verojen maksamisesta sekä
- Todistus lakisääteisten eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

Tarjoaja täyttää vaatimuksen

Kyllä

Ei

3. Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset

Tarjoajan tulee merkitä ao. taulukkoon "Huomioitu" sarakkeeseen X, mikäli vaatimus täyttyy ja se on huomioitu ja sisältyy tarjoukseen.

Mikäli taulukon Lisäselvitys-sarakkeessa pyydetään erikseen selvitystä, on tarjoajan annettava tarjouksessaan asiaa koskeva lisäselvitys ja merkittävä taulukon Lisäselvitys-sarakkeeseen viittaus (esimerkiksi sivunumero tai tarjouksen liitteen numero ja sivunumero), jonka avulla kyseinen lisäselvitys on helppo löytää ja tunnistaa juuri kyseiseen tarjouslomakkeen kohtaan vastaavaksi.

Mikäli tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset eivät täyty, taulukko on puutteellisesti täytetty, tai lisäselvitykset puuttuvat tai eivät ole riittäviä, voidaan tarjous hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

3.1 Tarjousta koskevia yleisiä vaatimuksia			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
1.	Tarjous liitteineen on suomenkielinen.	<input type="checkbox"/>	
2.	Tarjouksen mukana tulee toimittaa tuotekuvastot ja tekniset tiedot, joihin tarjouksessa viitataan.	<input type="checkbox"/>	Edellytetään liite / liitteitä
3.2 Laitevaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
3.	Yksiovinen malli: ovi ensisijaisesti pystysuoraan liikkuva automaattinen turvaovi	<input type="checkbox"/>	
4.	Autoklaavin koko on n. 400–500 litraa	<input type="checkbox"/>	
5.	Tilaan mahtuu alla olevien mittojen mukainen autoklaavi: <ul style="list-style-type: none">kammion koko noin 1000 x 700 x 700mm (syvyys x leveys x korkeus)kammioon tulee täyttökerralla mahtua 12 kpl noin 600 x 400 x 100 mm korejatoimitukseen sisältyy 6 kpl sterilointikoreja, joiden tulee mahtua kerralla kammioon	<input type="checkbox"/>	
6.	Vähimmäisvaatimus käyttäville ohjelmille: <ul style="list-style-type: none">kumiohjelma 121 °Cinstrumenttiohjelma 134 °Cpikaohjelma 134 °C	<input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Bowie Dick-testiohjelma • automaattinen vuototesti • raskaalle kuormalle 134 °C tehostetulla kuivauksella 		
7.	Avoinstrumenttien ja pussitavaroiden samanaikainen sterilointimahdollisuus	<input type="checkbox"/>	
8.	Prosessin tila (vaiheteksti, mittausarvot) ja jäljellä oleva kestoaika on koko ajan näkyvissä käyttäjäpaneelilla suomenkielisenä; myös höyry-, vaippa- ja kammiopaine	<input type="checkbox"/>	
9.	Äänimerkki ilmoittaa ohjelman päättymisestä	<input type="checkbox"/>	
10.	Integroitu höyrykehitin sekä olemassa olevan vedenpehmittimen	<input type="checkbox"/>	
11.	Vedensäästöjärjestelmä	<input type="checkbox"/>	
12.	Ergonominen lastauskorkeus	<input type="checkbox"/>	
3.3 Sterilointiprosessin laadunvarmistuksen vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
13.	Mahdollisuus tietokonepohjaiseen dokumentointijärjestelmään	<input type="checkbox"/>	
14.	Tarjouksessa täsmennettävä laadunvarmistustapa ja sterilointiprosessin seuranta	<input type="checkbox"/>	
15.	Selvitys laadunvarmistuksen käyttöliittymästä	<input type="checkbox"/>	Edellytetään liite
16.	Tarjous sisältää uuden autoklaavin validoinnin	<input type="checkbox"/>	
3.4 Laitteasennuksen vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
17.	Laitetoimittajan on tarjousasiakirjoissa selostettava uuden laitteen asennus (ja vanhan poisto), niin että käy ilmi tarvitaanko ja mitä taloteknisiä (esim. sähkö, putki, ilmanvaihto, viemäritöitä kiinteistön toimesta).	<input type="checkbox"/>	Edellytetään liite
18.	Toimitus valmiiksi asennettuna toimintavalmiuteen	<input type="checkbox"/>	
19.	Toimittaja hankkii ja kustantaa tarvittaessa nosturin tai laite toimitetaan asennuspaikalle sellaisissa osissa, että se mahtuu sisään	<input type="checkbox"/>	

	normaaleja kulkureittejä käyttäen (tavarahissin oven sisämitta 850mm)		
20.	Toimittaja noudattaa vesi- ja viemäriverkkoon liitettävissä laitteissa, asennustyössä ja tarvikkeissa Ympäristöministeriön laatimaa Suomen rakentamismääräyskokoelmaa D1, kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteet sekä paikallisen vesilaitoksen antamia ohjeita ja määräyksiä. Viemäriin johdettavan veden lämpötila alle +40C ja pH-arvo 6 - 11.	<input type="checkbox"/>	
21.	Kaikki käyttöventtiilit, sähkölaitteet ja -kojeet on merkitty niiden käyttöä osoittavalla suomenkielisellä kilvellä.	<input type="checkbox"/>	
22.	Tarjoaja on tutustunut asennuspaikkaan (sijainti ja korkeus), olemassa oleviin järjestelmiin ja haalausreitteihin ennen tarjouksen antamista.	<input type="checkbox"/>	
23.	Tarjous sisältää tiedot sähkö-, vesi- ja viemärintivaatimuksista	<input type="checkbox"/>	Edellytetään liite
24.	Laitetoimittaja vie pois asennuspaikalta laitteidensa pakkaus-, asennus- ym. roskat	<input type="checkbox"/>	
25.	Laitetoimittaja jälkipuhdistaa laitteet loppusiivouksen jälkeen	<input type="checkbox"/>	
26.	Asennuksen tulee käsittää toimitukseen kuuluvien laitteistojen toimintakuntoon saattamisen.	<input type="checkbox"/>	
27.	Tavarankuljetusvakuutuksesta vastaa ja sen maksaa toimittaja.	<input type="checkbox"/>	
28.	Laite tulee olla asennettuna ja toimintakunnossa 12.8.2016 mennessä	<input type="checkbox"/>	
29.	Käyttökoulutuksen ensimmäinen osa tulee antaa 15.8.2016, jotta toiminta voi käynnistyä täysipainoisesti 16.8.2016.	<input type="checkbox"/>	
3.5 Vanhan koneen poistamisen vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
30.	Uuden autoklaavin toimittaja irrottaa ja toimittaa vanhan laitteen pois.	<input type="checkbox"/>	
3.6 Käyttökoulutuksen vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
31.	Toimittaja antaa käyttö- ja huoltokoulutuksen ja sen tulee sisältyä tarjoushintaan. Laajuus 2 työpäivää (1 pv heti toimituksen jälkeen, 1	<input type="checkbox"/>	

	kertauskoulutuspäivä myöhemmin sovittavana aikana a' 7 h).		
3.7 Tarjouksen dokumentaation vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
32.	Ohjelmapainikkeiden määrä	<input type="checkbox"/>	
33.	Selvitys häiriötilanteiden hälytysjärjestelmästä ja häiriötietojen seurannasta	<input type="checkbox"/>	
34.	Selvitys kulutustarvikkeista ja hyödykkeiden, kuten vesi, sähkö ja paineilma; kulutuksesta/ohjelma	<input type="checkbox"/>	
35.	Selvitys vakiovarusteista sekä lisävarusteista ja niiden hinnat	<input type="checkbox"/>	
3.8 Takuun ja huollon vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
36.	Laitteilta edellytetään vähintään 12 kuukauden takuu-aikaa käyttöönotto-päivästä alkaen (kun käyttöönottotarkastus tehty). Poikkeukset tästä on ilmoitettava tarjouksessa	<input type="checkbox"/>	
37.	Äkillisissä laitteiden toimintahäiriöissä huollon apu on oltava saatavissa viimeistään vuorokauden (24 h) kuluessa tilauksesta (ma-pe)	<input type="checkbox"/>	
38.	Toimitukseen tulee sisältyä yksi määräaikaishuolto veloitusetta (ensimmäinen vuosihuolto).	<input type="checkbox"/>	
39.	Ohjelmistopäivitykset kuuluvat toimituksen hintaan huollon yhteydessä vähintään 3 vuoden ajan.	<input type="checkbox"/>	
40.	Laitteilla tulee olla huoltopiste Suomessa. Huoltotoimista tulee saada ymmärrettävä kirjallinen ja suomenkielinen huoltoraportti.	<input type="checkbox"/>	
3.9 Lainmukaisuuden ja ohjeistuksen vaatimukset			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
41.	Laitteistojen mukana tulee toimittaa laadunvarmistusohjeet sekä suomenkieliset käyttöohjeet.	<input type="checkbox"/>	
42.	Laitteen tulee täyttää terveydenhuollon tarvikkeita ja laitteita koskevan lainsäädännön vaatimukset kuten <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 285:2009 Suuret höyrysterilaattorit 	<input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> EN ISO 17665 Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi 		
43.	Toimitettava laite täyttää Suomessa voimassa olevat sähkö- ja koneiden turvallisuutta koskevat lait, määräykset ja viranomaisten ohjeet	<input type="checkbox"/>	
3.10 Sopimusehdot			
Vaatus nro	Vaatus	Huomioitu	Lisäselvitys
44.	Tarjoajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman YTHS:n lupaa.	<input type="checkbox"/>	
45.	Tarjoaja hyväksyy Julkiset hankintaehdot (JYSE 2014 Palvelut ja JYSE 2015 Tavarat) sopimuksen pohjaksi niiltä osin, kuin tarjouspyynnöstä ei muuta johdu.	<input type="checkbox"/>	
46.	Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on saanut tietoonsa laskun perusteet.	<input type="checkbox"/>	
47.	Maksuehto 30 päivää hyväksytystä toimituksesta.	<input type="checkbox"/>	
48.	Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelylisiä/-maksuja yms. ei hyväksytä.	<input type="checkbox"/>	
49.	Hinta sisältää kaikki vaatimuksien toteuttamisesta tarjoajalle syntyvät kustannukset.	<input type="checkbox"/>	
50.	Jos toimitus viivästyy sovitusta toimituspäivästä, vähennetään laskun loppusummasta 1 % kultakin alkavalta seitsemältä (7) viivästyspäivältä.	<input type="checkbox"/>	

4. Tarjousten vertailu

OHJEET	TARJOAJAN VASTAUKSET
Tarjousvertailun perusteella valitaan soveltuvuusehdot täyttäneiden tarjoajien tarjouspyynnönmukaisista kokonaistaloudellisin tarjous. Valintaperusteet ovat seuraavat:	
Hinta (=70 pistettä); 70 % <ul style="list-style-type: none">– Edullisimman kokonaisuuden kokonaishinta, johon sisältyvät kaikki tarjouspyynnön vaatimukset = 60 pistettä.– Muut suhteessa vähemmän, kaava edullisin hinta / tarjoushinta x 60	Kirjoita tähän ruutuun hinta (alv 0%)
Huollon vasteaika (=10 pistettä); 10 % <ul style="list-style-type: none">– Äkillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa saadaan huollon apu saman työpäivän (8-15) aikana, kun tilaus on tehty klo 12 mennessä, tai klo 12 jälkeen tehdyistä tilauksista seuraavaan aamuun klo 9 mennessä = 10 pistettä; (Vastaus = Kyllä)– hitaampi vasteaika = 0 pistettä (Vastaus = Ei)	Kirjoita tähän ruutuun Kyllä , tai Ei
Vuosihuollot (=10 pistettä); 10 % <ul style="list-style-type: none">– Toimitukseen sisältyy 1. vuosihuolto, jossa testataan laitteiston toiminta ja tehdään tarvittavat testiajot sekä lakisääteiset paineastian tarkastukset= 2 pistettä. Jos tarjoukseen sisältyy useampi vuosihuolto, pisteytys lisävuosihuolloista: 2 vuosihuoltoa = 6 pistettä, 4 vuosihuoltoa = 8 pistettä, 5 vuosihuoltoa = 10 pistettä.– Toimitukseen sisältyy ensimmäinen vuosihuolto ilman testiajoja ja paineastian tarkastusta = 0 pistettä	Kirjoita tähän ruutuun toimituksen hintaan sisältyvä määräaikaishuoltojen määrä, joihin sisältyy kuvatut tehtävät
Takuu (=10 pistettä); 10 % <ul style="list-style-type: none">– Takuuaika autoklaaville vähintään 2 (kaksi) vuotta ja paineastialle vähintään 10 (kymmenen) vuotta = 5 pistettä. Lisäpisteitä saa, jos tarjoukseen sisältyy useamman vuoden mittainen takuu. Pisteytys lisävuosista (edellyttää paineastialle 10 vuoden takuuta): 3 vuoden takuu = 6 pistettä, 4 vuoden takuu = 8 pistettä, 5 vuoden takuu = 10 pistettä.	Kirjoita tähän ruutuun tuotteen takuu aika

**5. VOIMASSAOLOAIKA,
EHTOJEN HYVÄKSYMINEN,
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS**

Tarjous on voimassa 31.8.2016 asti

Kyllä

Ei

Tarjoaja hyväksyy hankintamenettelyä koskevat ehdot.

Ohje: Tarjoajan hyväksyttävä ehdot

Kyllä

Ei

_____ . _____ kuuta 2016

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus, nimenselvennys ja asema yrityksessä