



14.3.2018

YTHS / suunterveyden hoitokoneet; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

1. Liite 1: Tarjouslomake, 3.6 Laitteasennusten vaatimukset, Vaatimus nro 20. ”Laitteistojen asennuksen tulee sisältää laiteasennus toimintavalmiuteen ilman LVIS-tekniisiä töitä pyrkien hyödyntämään nykyisiä vesi- ja viemäriiitöntöjä”. Pyydämme yksilöimään vanhat laitteet (valmistaja, malli), joiden tilalle uudet laitteet tulee asentaa.

VASTAUS:

Helsinki-Espoo: Hammasväline/Sirona C6
Kuopio: Plandent/Compact i unit
Joensuu: Plandent/Prostyle Compact
Lappeenranta: Hammasväline/Sirona C8+

2. Liite 1: Tarjouslomake, 3.10 Sopimusehdot, Vaatimus nro 29. Viitataan JYSE 2014 Palvelut ja JYSE 2015 Tavarat -ehtoihin. Tietojemme mukaan myös tavaroiden osalta viimeisimmät JYSE-ehdot ovat 2014. Pyydämme tarkentamaan vaatimusta.

VASTAUS:

Kyseessä on kirjoitusvirhe. Tarkoitetaan JYSE 2014 tavarat -ehtoja.

3. Liite 1d: Vaatimukset hoitokoneet Lappeenranta 3kpl, 3.3 Laittevaatimukset – imulaitteisto, Vaatimus nro 11. ja 19. Vaatimus 11. edellytetään märkäimulaitteisto, mutta vaatimus 19. kuivaimujärjestelmän mukaiset amalgaamierottimet. Onko kohteessa kuiva- vai märkäimujärjestelmä?

VASTAUS:

Lappeenrantaan tulee kohdan 11 mukaisesti märkäimulaitteisto. Kohdan 19 kuivaimujärjestelmän mukaiset amalgaamierottimet tarvitaan, mikäli tulisi kuivaimulaitteisto. Hankinnassa on sekä kuivaimu- että märkäimulaitteistoja, joten vaatimus toteutuu tarpeen mukaan. Lappeenrannassa tätä ei siis tarvita.

4. Tarjouspyynnön kohdat 2.2 ja 2.4: Tuleeko sekä asianosaisjulkinen että salassa pidettävä versio toimittaa kahtena paperikappaleena kokonaisuudessaan, vai riittääkö yksi paperikappale kutakin versiota?

VASTAUS:

Yksi kumpaakin.

5. ESPD-lomake: Osoitteessa http://www.yths.fi/yths/julkiset_hankinnat oleva linkki ESPDlomakkeeseen avaa xml-koodia. Pyydämme tarkistamaan linkin, jos sitä on tarkoitus hyödyntää sähköisessä palvelussa, tai toimittamaan esitetytyn ESPD-lomakkeen esimerkiksi word-muodossa sisältäen ohjeet täytettäviksi tarkoitetuista kohdista.

VASTAUS:

Lomake on uusia EU:n asiakirjoja ja se pitää avata oheisen linkin välityksellä.

Linkki komission ESPD-palveluun: <http://ec.europa.eu/growth/espd>.

Lisätietoja ESPD:stä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita